



# 醫事檢驗科公告

2024/02/21

淡水 台北 新竹 台東

公告項目：*Haemophilus species* 抗生素感受性試驗結果僅供參考

執行日期：2024年2月23日

公告對象：各科醫師、護理部、醫事檢驗科

說明：

1. BD 公司發現近期一系列 BD BBL™ Sensi-Disc™ 產品的評測中，嗜血桿菌屬(*Hamophilus spp*)恐存在再現性、準確性或品管上的問題。但對其他病原菌判斷仍正常。
2. 現行 *Hamophilus spp* 抗生素感受性試驗包括：

型號	品名	UDI-DI	批號
231264	Sensi Disc Ampicillin - 10 µg	(01) 30382902312643	有效日期為2023- Dec-31 至 2028- Jul-29 之批號
231274	Sensi Disc Chloramphenicol - 30 µg	(01) 30382902312742	
231539	Sensi Disc Sulfamethoxazole with Trimethoprim-23.75/1.25 µg	(01) 30382902315392	
231607	Sensi Disc Cefotaxime – 30 µg	(01) 30382902316078	
231621	Sensi Disc Cefuroxime – 30 µg	(01) 30382902316214	
231629	Sensi Disc Amoxicillin with Clavulanic Acid –20/10 µg	(01) 30382902316290	
231635	Sensi Disc Ceftriaxone - 30 µg	(01) 30382902316351	
231758	Sensi Disc Moxifloxacin – 5 µg	(01) 30382902317587	

3. 因上述原因，*Haemophilus spp* 抗生素感受性試驗報告僅供參考。
4. 待 BD 公司後續通知將再另行發放公告。

公告製訂：醫事檢驗科生化細菌組 長 劉玉珍〈分機：293〉